

## **CooperVision® Eyexpert Multicare Plus Solution pour lentilles de contact**

Nous avons été informés d'un rappel volontaire par le fabricant de solutions pour lentilles de contact CooperVision de la solution pour lentilles de contact Eyexpert Multicare Plus (bouteilles de 60 ml, 100 ml, 250 ml, 360 ml et 380 ml).

Des tests de qualité effectués par le fabricant ont montré que, dans certaines conditions, le produit peut ne pas désinfecter suffisamment contre des concentrations élevées d'un organisme de levure particulier. Bien qu'aucune plainte n'ait été reçue et qu'il n'y ait eu aucun incident confirmé en raison d'une désinfection inadéquate, cette mesure est prise par mesure de précaution.

Le fabricant mettra bientôt en place un site Web où les utilisateurs du produit pourront connaître les mesures à suivre et comment obtenir une indemnisation. Vérifiez régulièrement ce site Web pour plus de détails sur la mise en ligne du site Web de rappel du fabricant - il devrait être disponible à partir du 1er mars 2022.

Il est important que vous continuiez à nettoyer et à désinfecter vos lentilles de contact. Veuillez cesser d'utiliser votre solution pour lentilles de contact Eyexpert Multicare Plus et jetez-la une fois que vous avez acheté une autre solution pour lentilles de contact. Conservez la bouteille d'origine pour demander votre remboursement via le site Web de rappel du fabricant.