

CooperVision®

CooperVision Italia S.r.l.  
Via Lepetit, 8  
20045 Lainate [Milano]

T +39 02 9376992  
F +39 02 93796320  
www.coopervision.it


Lainate, 04 Agosto 2022

## RICHIAMO DI PRODOTTO

### **iWear® Easybalance all-in-1 soluzione unica multiuso per la cura delle lenti a contatto - Flacone da 60ml**

Siamo stati informati di un richiamo volontario da parte del produttore, CooperVision, di un singolo lotto di soluzione multiuso per la cura delle lenti a contatto iWear® Easybalance all-in-1 (flacone da 60 ml).

Il numero di lotto interessato è: 162046.  
Solo i flaconi da 60 ml sono coinvolti nel richiamo.  
Nessun altro formato di flacone è interessato in questa azione di richiamo.  
I numeri di lotto sono stampati sul retro di ogni flacone, verso il fondo.



#### Il produttore ha comunicato quanto segue:

Test di qualità di routine vengono eseguiti su campioni di prodotto conservati. Per il lotto interessato, i risultati dei test di sterilità condotti su alcuni dei campioni non hanno soddisfatto i criteri nell'intervallo di tempo di 12 mesi. Sebbene non siano stati ricevuti reclami per il lotto interessato e non si siano verificati effetti indesiderati, questo richiamo volontario è stato effettuato in via estremamente cautelativa.

Se siete in possesso di iWear® Easybalance all-in-1 da 60 ml di soluzione multiuso per la cura delle lenti a contatto con numero di lotto interessato al richiamo, siete pregati di interromperne l'uso e di conservare il flacone. Il produttore metterà presto a disposizione un sito web dedicato all'azione di richiamo dove i consumatori interessati potranno ricevere ulteriori informazioni. L'indirizzo del sito web sarà [www.infoCV.expertinquiry.com](http://www.infoCV.expertinquiry.com) e dovrebbe essere attivo a partire dal 12 agosto 2022.